Bioengineering AG
Sagenrainstrasse 7
8636 Wald, Switzerland
Phone +41 55 256 81 11
info@bioengineering.ch

数据表

Ondalis 一次性细胞培养袋



描述

一次性Wave袋是为细胞与基因治疗、抗体及疫苗细胞培养而设计。

配合Wave系统提供了可靠和准确的性能，研发和生产过程中可以采用流加培养或灌流培养模式来获得更多细胞数量和更高产量。细胞扩增培养方便,广泛用于CHO,HEK293 免疫细胞等培养。

袋子规格	2L	5L	10L	20L	50L
工作体积	0.2–1 L	0.5–2.5 L	1–5 L	2–10 L	5–35 L
标准袋	●	●	●	●	●
pH/DO	○	○	○	○	○
灌流膜	○	○	○	○	○

● = 默认为标准袋
○ = 带 pH/DO 光纤膜袋及灌流膜袋需根据客户工艺进行选择


产品数据	2L	5L	10L	20L	50L
规格	特殊规格可定制				
使用温度	-80 °C (最低) to +60 °C				
灭菌方式	伽马射线辐照灭菌 (25–40 kGy)				
包装形式	双层 PE 袋真空包装				
膜材结构	LDPE / EVOH / ULDPE (液体接触层)				
膜材厚度	0.325 mm				

Bioengineering AG
Sagenrainstrasse 7
8636 Wald, Switzerland
Phone +41 55 256 81 11
info@bioengineering.ch


产品数据 (续)	2L	5L	10L	20L	50L
验证文件	ISO 10993-4: 溶血试验				
	ISO 10993-5: 细胞毒性				
	ISO 10993-6: 植入试验				
	ISO 10993-10: 致敏试验				
	ISO 10993-11: 急性全身毒性试验				
	USP<85>: 细菌内毒素				
	USP<88>: 体内生物反应				
	USP<661>: 塑料容器				
	塑料容器欧洲药典测试 3.1.5 章				
	ADCF: 无动物来源成分				

一次性细胞培养袋 (基础款)


2L

产品货号	WV-002A1	培养袋示意图
管路 A	1/4 in × 7/16 in C-Flex 管，母鲁尔接头	
管路 B	3/16 in × 3/8 in 硅胶管，无针取样	
管路 C	空气进气滤器	
管路 D	空气出气滤器，止回阀	


5L

产品货号	WV-005A1	培养袋示意图
管路 A	1/4 in × 7/16 in C-Flex 管，母鲁尔接头	
管路 B	3/16 in × 3/8 in 硅胶管，无针取样	
管路 C	空气进气滤器	
管路 D	空气出气滤器，止回阀	


10L

产品货号	WV-010A1	培养袋示意图
管路 A	1/4 in × 7/16 in C-Flex 管，母 MPC	
管路 B	1/8 in × 1/4 in C-Flex 管，母鲁尔接头	
管路 C	3/16 in × 3/8 in 硅胶管，无针取样	
管路 D	空气进气滤器	
管路 E	空气出气滤器，止回阀	

20L

产品货号	WV-020A1	培养袋示意图
管路 A	1/4 in × 7/16 in C-Flex管，母 MPC	
管路 B	1/8 in × 1/4 in C-Flex 管，母鲁尔接头	
管路 C	3/16 in × 3/8 in 硅胶管，无针取样	
管路 D	空气进气滤器	
管路 E	空气出气滤器，止回阀	

50L

产品货号	WV-050A1	培养袋示意图
管路 A	1/4 in × 7/16 in C-Flex 管，母 MPC	
管路 B	1/8 in × 1/4 in C-Flex 管，母鲁尔接头	
管路 C	3/16 in × 3/8 硅胶管，无针取样	
管路 D	空气进气滤器	
管路 E	空气出气滤器，止回阀	